

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



DEHAS Medizintechnik GmbH
Wesloer Straße 112, Gebäude M
23568 Lübeck
GERMANY



maniNO mit Transporthalterung

0482


Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den Bestimmungen der folgenden Richtlinien und Normen des EG-Rates entspricht. Alle Belegdokumente werden in den Räumlichkeiten des Herstellers und der benannten Stelle aufbewahrt.

Richtlinien: Allgemeine Anwendungsrichtlinien: Medizinprodukterichtlinie (MDD), Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 Anhang II, 3 über Medizinprodukte des Europäischen Parlaments.

Angewandte Normen: DIN EN 1789

DIN EN 60068-2-6
DIN EN 60068-2-27
DIN EN 60068-2-64

Der in der Norm DIN EN 1789 geforderte dynamische Belastungstest mit den Spezifikationen aus der DIN EN 60068-2-6, DIN EN 60068-2-27 und der DIN EN 60068-2-64 wurde erfolgreich durchgeführt und bestanden.

Benannte Stelle: Medcert GmbH / 0482

Adresse: Pilatuspool 2, 20355 Hamburg; GERMANY

Zertifikatsnummer: 4153DE438170330 Ablaufdatum: 11/2019

Bereits hergestellte Geräte: Rückverfolgbarkeit über Seriennummer

Gültig von/bis: 02/ 2018 bis Ablaufdatum

Herstellungvertreter: Qualitätsmanager

Position: Qualitätssysteme

Ausstellungsdatum: 09/Februar/2017